ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ", Место нахождения: 426011, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Карла Маркса, дом 437, корпус Д, ОГРН: 1021801168542, Номер телефона: +7 3412314440, Адрес электронной почты: office@kipltd.su

В лице: Директор Русинов Дмитрий Павлович

заявляет, что Приборы измерительные: ваттметр поглощаемой мощности , Приборы измерительные: ваттметр поглощаемой мощности, модель: модели: М3-111, описание продукции: Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 02.2024 года

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ", Место нахождения: 426011, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Карла Маркса, дом 437, корпус Д, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426011, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Карла Маркса, дом 437, корпус Д

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ВЛЕТ.410116.001 ТУ «Ваттметр поглощаемой мощности М3-111. Технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9030310000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 071-06-24-ВТ выдан 07.06.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор""; 070-06-24-ВТ выдан 07.06.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор""; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61010-1-2014, "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования", (разделы 6 и 7); Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.06.2029 **включительно**

М.П.

Русинов Дмитрий Павлович

(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.48286/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.08.2024