ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.007.A № 43916

Срок действия до 26 сентября 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Установки для контроля качества трансформаторного масла АСТ-2М

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Электродиагност-Железнодорожник", г.Новосибирск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **31346-11**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
Раздел 8 Руководства по эксплуатации 3185.803.13670860-11 РЭ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **26 сентября 2011 г. № 5019**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства — Е.Р.Петросян

"...." ..... 2011 г.

Серия СИ № 001959