(наименование предприятия

изготовителя)

П А С П О Р Т

Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле ТВО
(наименование изделия)

ТВО	АИФ 2.821.014 ПС		
(тип)	(обозначение)	(заводской номер)	(дата изготовления)

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Аппарат лабораторный предназначен для определения температуры вспышки и воспламенения нефтепродуктов по ГОСТ 4333-87 (метод А) и международного стандарта ИСО 2592-73.

Аппарат соответствует требованиям ТУ 38.110488-88.

Характеристика рабочей среды:

-нефтепродукты различных марок с различной вязкостью и плотностью с температурой вспышки от 79^0 до 360^0 С.

Аппарат по защищенности от воздействия окружающей среды изготовлен в обычном исполнении по ГОСТ 12997-84.

Аппарат по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха изготовлен по группе исполнения В 1 по ГОСТ 12997-84.

Аппарат по отношению к внешним вибрационным воздействиям изготовлен по группе исполнения L 3 по ГОСТ 12997-84.

Аппарат обеспечивает возможность испытания нефтепродуктов с температурой вспышки от 79^0 до 360^0 С.

Вероятность безотказной работы за время 1000 часов $P_{(1000)} - 0,92$.

Среднее время восстановления $T_в$ – 2 ч.

Средний срок службы $T_{сл.}$ – 6 лет.

Габаритные размеры: длина 465, ширина 225, высота 241 мм

Масса аппарата не более 10 кг.

Параметры питания: +22

1) напряжение питания (220 -33) В;

2) частота (50 +1) Гц;

3) мощность : не более 400 В А ;

4)давление газа от 40 до 50 кПа (от 0,40 до 0,50 кгс/см ^{2});

5) расход газа не более 8,5х10 $^{-6}$ м ^{3}/с.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
АИФ 2.821.014	Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле.	1	Без тигля пластины нагревательной
АИФ 6.210.013	Тигель	1	шайбы и
АИФ 6.360.020	Устройство зажигательное фитильное	1	термометров
АИФ 6.422.021	Пластина нагревательная	1	
АИФ 5.863.053	Нагреватель	1	
АИФ 7.854.051	Шайба	1	
АИФ 8.366.029	Шаблон	1	
Термометр ТН-2 (ТН-7) ГОСТ 400-80		1	
АИФ 2.821.014 ТО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	
АИФ 2.821.014ПС	Паспорт	1	

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1. ТВО АИФ 2.821.014 ПС _____
(тип) (обозначение) (заводской номер) (дата изготовления)

соответствует техническим условиям ТУ 38.110488- 88 и признан годным к эксплуатации.

место печати

Дата выпуска _____

Начальник ОТК_____
(подпись)

3.2. Аппарат подвергнут консервации в соответствии с требованиями, предусмотренными инструкцией по эксплуатации АИФ 2.821.014 ТО.

Дата консервации_____

Срок консервации_____

Консервацию произвел_____

3.3. Аппарат упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____(подпись)

Аппарат после упаковки принял _____(подпись)

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие аппарата ТВО требованиям технических условий ТУ 38.110488-88 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа, установленных в техническом описании АИФ 2.821.014ТО.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4.3. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления аппарата.

4.4. Срок службы аппарата 6 лет.

4.5. Срок защиты без переконсервации 12 месяцев.

4.6. Аппарат, у которого в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие требованиям технических условий

ТУ 38.11048-88 изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. Рекламации предъявляются при условии учета неисправностей при эксплуатации.

Лист учета неисправностей направлять изготовителю с сопроводительным письмом.

5.2. Для предъявления рекламаций обращаться по адресу:

Образец листа учета неисправностей.

Аппарат для определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле

ТВО АИФ 2.821.014 ПС _____
(тип) (обозначение) (заводской номер) (дата изготовления)

УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата отказа Режим работы Дата отгрузки	Характер неисправности Причина неисправности	Коли- чество работы	Примечание