ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

CN.C.32.004.A № 46089

Срок действия до 13 апреля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Тепловизоры инфракрасные моделей DL700E+, DL707, DM60-160, DM60-384, TE, TE-P, TEi, TEi-P, T2-S, T6-P, F2-T

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Zhejiang DALI Technology Co., Ltd.", КНР

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **49558-12**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 49558-12

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **13 апреля 2012 г. № 231**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Е.Р.Петросян

"18" 04 2012 г.

Серия СИ

№ 004240